



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод электронной техники"

Место нахождения: 124498, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4806, дом 6, 5 этаж

Адрес места осуществления деятельности: 124460, Россия, город Москва, город Зеленоград,

Панфиловский проспект, дом 10, строение 1

ОГРН 1087746658328

Телефон: 8-499-995-0854 Адрес электронной почты: info@zel-zet.ru

в лице Генерального директора Пругло Алексея Витальевича

заявляет, что Миллитесламетры портативные модульные ТПМ-250.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод электронной техники"

Место нахождения: 124498, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4806, дом 6, 5 этаж

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 124460, Россия, город Москва,

город Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, строение 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.43-002-86487402-2017 "Миллитесламетры портативные модульные ТПМ-250. Технические условия".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 40 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 696/17 от 11.09.2017 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью Испытательный центр "ПРИБОР-ТЕСТ (регистрационный номер аттестата аккредитации RA RU.21AG33)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: Разделы 6.2, 7.2 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования".

Электропитание миллитесламетра осуществляется от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 3,7 В.

По рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования миллитесламетр относится к группе 2 по ГОСТ 22261.

Полный средний срок службы не менее 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.11.2022 включительно.


(подпись)



Пругло Алексей Витальевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ15.В.08942

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.11.2017