

**Сведения об обращениях пользователей измерителей и калибраторов
коэффициента гармоник (нелинейных искажений), которые выпускает ООО «ЗЭТ»**

Прибор, зав. номер, год обращения,	Содержание обращения	Действия ООО «ЗЭТ»
СК6-20, № 011, 2010 г	Прибор не прошел периодическую поверку в ЦСМ.	На основании анализа протокола поверки даны разъяснения и рекомендация направить прибор на повторную поверку во ВНИИФТРИ. Повторных обращений не было.
СК6-122 № не установлен	2012 г. Результаты поверки измерителя С6-11 с использованием установки СК6-10 и с использованием генератора-калибратора СК6-122 не совпадают.	Даны необходимые разъяснения по формированию сигналов в СК6-122, а также рекомендации по поверке С6-11 с использованием СК6-122. Повторных обращений не было.
СК6-20, № 046	2014 г. Прибор не прошел ведомственную периодическую поверку с использованием установки СК6-10.	На основании анализа протокола поверки даны разъяснения об ошибочности использования установки СК6-10 для поверки СК6-20 и рекомендация провести повторную поверку в ООО «ЗЭТ». Рекомендация принята, повторных обращений не было.
СК6-122-01, № 049	2016 г. Прибор не прошел периодическую поверку в ЦСМ.	На основании анализа протокола поверки даны разъяснения по результатам поверки и рекомендация провести повторную поверку в ООО «ЗЭТ», что и было сделано.
СК6-20, № 022	2017 г. Прибор не прошел периодическую поверку в ЦСМ.	На основании анализа протокола поверки даны разъяснения по результатам поверки. Повторного обращения не последовало.